



## Écran LCD sans fil de capteur numérique de la machine Tooth-Screen Biotech portable appareil de radiographie dentaire

Type	Portable sans fil Camra de rayons x
Puissance d'entrée de l'unité à rayons X	16, 8 Vca, 2.0A
Chargeur Power-Li-ion d'entrée	100-220VCA, 50-60 Hz, 1.2A
Puissance de sortie de l'unité à rayons X	80W
Power-Li-ion de sortie de la capacité de batterie	14, 8 VCC, 10A
Capacité de batterie du tube	6500mAh
Fréquence	20Khz
Temps d'exposition	0, 1-2.5S
Point focal de la valeur nominale	0.3Mm
La filtration totale	1.5MmAl
Mode d'affichage	Écran tactile LCD
Poids	4kg
taille de l'emballage	35x16x25cm